



www.dctk.wroc.pl

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

Kancelaria tel. 071 7831379,
e-mail: kancelaria@dctk.wroc.pl

faks 071 3621512

Sekretariat tel. 071 78 313 75
e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl

Krajowy Bank Dawców Szpiku

tel. 071 7911999, e-mail: bank@dctk.wroc.pl

Akredytacje:

Ministerstwa Zdrowia
Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT) CIC 538
Narodowego Programu Dawstwa Szpiku (NMDP – USA) Nr 484

Międzynarodowego Rejestru Przeszczepów (IBMTR) Nr 385
Europejskiej Federacji Immunogenetyki

DYREKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Lange
Tel. 071 7831375

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kantecka
Tel. 071 7831372

KIEROWNIK DO SPRAW PIELĘGNIARSTWA I ZESPOŁÓW TECHNIKÓW MEDYCZYNYCH

Mgr Barbara Szymczak
Tel. 071 7923027

KIEROWNICY ODDZIAŁÓW:

HEMATOLOGICZNY Z ODDZIAŁEM
NOWOTWORÓW KRWI
Prof. dr hab. Andrzej Lange

TRANSPLANTACYJNY Z ODDZIAŁEM
INTENSYWNEJ TERAPII
Dr n. med. Mariola Sędzimirska

IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
Dr n. med. Krzysztof Suchnicki

CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
Lek. med. Cezary Juda

LEKARZE:

Dr n. med. Elżbieta Nowak
Dr n. med. Dorota Duda
Lek. med. Janusz Lange
Lek. med. Joanna Werkun
Lek. med. Monika Mordak
Dr n. med. Przemysław Zdziarski
Lek. med. Justyna Kaj

Tel. 071 78 313 79, 071 79 119 82

PORADNIA

Tel. 071 78 313 71

KIEROWNIK LABORATORIUM

Mgr Jolanta Bocheńska
Tel. 071 79 119 98

PION KRAJOWEGO BANKU DAWCÓW SZPIKU:

KOORDYNATOR

Mgr Dorota Dera
Tel. 071 79 119 99

KIEROWNIK LABORATORIUM

Mgr Małgorzata Polak
Tel. 071 79 119 92

ZP/94/12/2009

Wrocław, 07.07.2009r.

Do wszystkich
uczestników postępowania przetargowego
pt. „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego
użytku” ZP/12/2009

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 1 pozycji 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16** zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 ww. pozycji. Zamawiający nie wyraża również zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie pakietu.

Pytanie 2:

Pakiet nr 1 pozycja 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu kaniuli 18G 1,3x45mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1, pozycja 13 kaniulę 18G 1,3x45mm.

Pytanie 3:

Pakiet nr 1 pozycja 15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu kaniuli 16G, 1,8x45mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1, pozycja 15 kaniulę 16G 1,8x45mm.

Pytanie 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 1 pozycji 17 i 18**



zawierające kraniki trójdrożne i kraniki z przedłużaczem w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1b) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 ww. pozycji. Zamawiający nie wyraża również zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie pakietu.

Pytanie 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Pakietu nr 2 pozycji 8** zawierającą strzykawkę insulinową w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 2a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 8. Zamawiający nie wyraża również zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie pakietu.

Pytanie 6:

Pakiet nr 2 pozycja 8

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuści przeliczenie ilości sztuk na opakowania zawierające po 100 sztuk asortymentu z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania bez konieczności zmian w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości sztuk na opakowania zawierające po 100 sztuk asortymentu z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania.

Pytanie 7:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z **Pakietu nr 3 pozycji nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7** zawierającą przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych do podawania leków światłoczułych, przyrządy do przetoczeń krwi, aparaty do przetoczeń z możliwością pomiaru oczek oraz przedłużacze do pomp infuzyjnych przezroczyste i bursztynowe w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 3 a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w pakiecie. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 3 ww. pozycji. Zamawiający nie wyraża również zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie pakietu.

Pytanie 8:

Pakiet nr 3 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych miał dodatkowe uchwyty na komorze kroplowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie odstępuje od wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 7 pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 w pozycjach od 1 do 5 rękawice diagnostyczne o teksturowanej powierzchni zewnętrznej?

Odpowiedź

W SIWZ w Pakiecie nr 7, w pozycjach od 1 do 5 wymagane są rękawice o teksturowanej powierzchni.

Pytanie 10:

Pakiet nr 7 pozycja 11

Czy Zamawiającemu w pozycji 11 chodziło o rękawice nitrylowe do pracy z cytostatykami, zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, o grubości na palcu 0,14mm, na dłoni 0,13 mm na mankiecie 0,11 mm, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź

Zamawiający określił w SIWZ dokładne cechy rękawic, dopuści jednak produkt ochrony osobistej, o którym mowa w Pytaniu nr 10 (rękawice nitrylowe do pracy z cytostatykami, zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, o grubości na palcu 0,14mm, na dłoni 0,13 mm na mankiecie 0,11 mm), pod warunkiem spełniania przez nie pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet nr 18

W opisie przedmiotu zamówienia zestawów do punkcji jamy opłucnej Zamawiający wymaga aby zestawy m.in. posiadały „średnicę 18 mm” – prosimy o wyjaśnienie czy nie wkraść się błąd do opisu, jeśli nie, to prosimy o uszczegółowienie opisu, czyli podania informacji jakiej części składowej zestawu ma to być średnica?

Odpowiedź

Opisując przedmiot zamówienia w Pakiecie 18 Zamawiający miał na myśli: zestaw do punkcji jamy opłucnej (Pleura) z trzema igłami 14, 16, 19G, długość 80 mm, z zastawką typu Y, drenami łączącymi i strzykawką 50/60ml, workiem zbiorczym 2000ml - pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier.

Pytanie nr 12

Pakiet 41 pozycja 2

Wnosimy o dopuszczenie w w/w pozycji tolerancji rozmiaru długości igły w zakresie 68-70 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza tolerancji rozmiaru, pozostaje wymóg 68 mm.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 41, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę aspiracyjną do szpiku kostnego, sterylną, jednorazowego użytku 13G x 100mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza igły, o której mowa w powyższym pytaniu.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 7 pozycje 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania rękawic lateksowych o gładkiej teksturze, pozostałe parametry bez mian?

Odpowiedź

NIE

Pytanie nr 15

Pakiet nr 7 pozycje 1,2,3

W przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. pytanie prosimy zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenie dla nich odrębnego przedmiotu zamówienia, co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 7 ww. pozycji.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 7 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenie dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 7 ww. pozycji.

Pytanie nr 17

Pakiet 22 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 50 cm x 50 cm?

Odpowiedź

NIE

Pytanie nr 18

Pakiet 22 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o rozmiarze 75 cm x 90 cm?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 19

Pakiet 22 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z włókniny dwuwarstwowej o rozmiarze 200 cm x 150 cm?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 20

Pakiet 22 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia ww. pozycji i utworzenia dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 22 ww. pozycji.

Pytanie nr 21

Pakiet 22 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 22

Pakiet 22 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha higienicznego niejałowego z włókniny foliowanej?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 23

Pakiet 36 pozycje 1, 2, 3, 6, 9, 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów i opatrunków pokrytych hipoaergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?

Odpowiedź

NIE

Pytanie nr 24

Pakiet 36 pozycje 1, 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra o długości 9,1 m?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 25

Pakiet 36 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o rozmiarze 10 cm x 8 cm?

Odpowiedź

NIE

Pytanie nr 26

Pakiet 36 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o rozmiarze 6 cm x 8,5 cm i następujących właściwościach?

Visulin:

Zastosowanie:

Jako jałowe pokrycie i ochrona suchych lub słabo sączących i nie zainfekowanych ran, w celu umocowania kaniul, cewników i końcówek wylotowych aparatów medycznych do obłożenia miejsca cięcia podczas operacji.

- ✓ Ekonomiczna wersja produktu Hydrofilm;
- ✓ Visulin zachowuje znakomite właściwości opatrunku Hydrofilm przy zastosowaniu bardziej ekonomicznych surowców;
- ✓ W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Hydrofilm:

Zastosowanie:

Jako ochrona przed wtórnym zakażeniem i mechanicznym podrażnieniem suchych, pierwotnie gojących się ran znajdujących się w fazie naskórkowania; do zabezpieczenia i mocowania kaniul i cewników, idealnie nadaje się do pokrycia opatrunku na rozległych, silnie sączących ranach. Nie należy stosować go bezpośrednio na rany klinicznie zakażone, krwawiące lub mocno sączące.

- ✓ Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej;
- ✓ Stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem;
- ✓ Przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca się swobodnego oddychania skóry;
- ✓ Doskonale dopasowuje się do kształtów ciała;
- ✓ Umożliwia stałą kontrolę stanu skóry i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku;
- ✓ Daje się łatwo i bezboleśnie zdejmować, nie podrażnia przy tym nowo utworzonego naskórka;
- ✓ Jest wodoodporny, co umożliwi codzienną higienę ciała;
- ✓ Zastosowany tu hipoalergiczny klej jest dobrze znoszony nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze;
- ✓ W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku o rozmiarze 6 cm x 8,5 cm i podanych powyżej właściwościach.

Pytanie nr 27

Pakiet 36 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku o rozmiarze 10 cm x 14 cm?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 28

Pakiet 38 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku wykonanego z folii poliuretanowej o rozmiarze 26 cm x 30 cm?

Odpowiedź

NIE

Pytanie nr 29

Pakiet 38 pozycja 16

W przypadku negatywnej odpowiedzi na ww. pytanie prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji i utworzenia dla niej odrębnego przedmiotu zamówienia co zwiększy konkurencyjność postępowania przetargowego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 38 ww. pozycji.

Pytanie nr 30

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do cewnikowania był umieszczony na podwójnej sterylnej tacy, pozwalającej na bezpieczne przełożenie zestawu z opakowania bezpośrednio na sterylne pole zabiegowe, bez ryzyka skażenia zestawu przed wprowadzeniem do naczynia centralnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 31

Pakiet 22 pozycja 4

W związku z tym, że oferowane prześcieradła nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o wyrobach medycznych i ustawy nie stosuje się, czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty odpowiedniego oświadczenia i świadectwa jakości wydanego przez Państwowy Zakład Higieny.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty odpowiedniego oświadczenia i świadectwa jakości wydanego przez Państwowy Zakład Higieny.

Pytanie nr 32

Pakiet 15 pozycja 1-5

Zwracamy się z prośbą o określenie przedziałów wagowych dla poszczególnych rozmiarów masek silikonowych, ponieważ niektórzy producenci stosują inną numerację masek.

Odpowiedź

Poz. 1 -3 – maski silikonowe przeznaczone dla dorosłych. Zamawiający według SIWZ podaje rozmiary od 4 do 6 , dopuszcza również rozmiary od 3 do 5 przeznaczone dla dorosłych.

Poz. 4 – maski silikonowe dla dzieci

Poz. 5 – maski silikonowe dla noworodków

Pytanie nr 33

Pakiet 19

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących zestawów infuzyjnych bez rozgałęzień – igły do portu z przedłużaczem poprzez podanie oczekiwanych zakresów rozmiarów igieł (średnica [G], długość [cm]).

Odpowiedź

Informacje dodatkowe, dotyczące zestawu infuzyjnego bez rozgałęzień - igła do portu z przedłużaczem; średnica 20G, długość 1,91cm.

Pytanie nr 34

Pakiet 29 pozycja 11,12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie odrębnego pakietu? Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 29 ww. pozycji.

Pytanie nr 35

Pakiet 29 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha jałowego wykonanego z 3-warstwowej włókniny polipropylenowej SMS?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha opisanego powyżej.

Pytanie nr 36

Pakiet 38 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy pakowanej a'200m (dla porównania ofert cena zostanie przeliczona za 100m)?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 37

Pakiet 38 pozycja 14-15

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, tzn. wykonanych z laminatu oddychającego, które są pieluchomajtkami o zaawansowanej technologii produkcji, ale również pozostają konkurencyjnymi cenowo? Przepuszczalność laminatu redukuje ryzyko powstawania odleżyn i odparzeń.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowane pieluchomajtki.

Pytanie nr 38

W związku z obowiązującą Ustawą z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji wyrobów..., zwracamy się z pytaniem, czy kompresy gazowe oraz gaza bawełniana będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w tych asortymentach stanowiły wyroby medyczne klasy IIa reguła 7 (zgodnie z §4 pkt.2 lit.c ww. rozporządzenia-chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku zalicza się do klasy IIa reguła7).

Odpowiedź

Kompresy gazowe, gaza bawełniana nie będą stosowane w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny. Pakiet 38 poz. 1,2,3 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do minimum klasy I zgodnie z regułą 4 klasyfikacji wyrobów medycznych. Pakiet 38 poz. 6 Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do minimum klasy IIa zgodnie z regułą 6 klasyfikacji wyrobów medycznych. Zamawiający dopuszcza również klasyfikację: wyrób medyczny klasy IIa, zgodnie z 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych.

Pytanie nr 39

Pakiet 25

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga czujników oryginalnych, czy dopuszcza też zaoferowanie jednorazowych czujników kompatybilnych w wersji niesterylnej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga czujników oryginalnych.

Pytanie nr 40

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty w w/w pakiecie na igły do trepanobiopsji nowszej generacji, które zamiast osobnej kaniuli ekstrakcyjnej do pobrania próbki, posiadają kaniulę ekstrakcyjną wbudowaną w igłę, ze specjalnym mechanizmem wycinającym i podtrzymującym próbkę (przy wyciąganiu) spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w Pakiecie nr 40 igieł do trepanobiopsji nowszej generacji, opisanych powyżej.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, którzy pobrali specyfikację.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania informacji pod nr faksu. 071/362-15-12

W imieniu Zamawiającego
Magdalena Szymiczek-Orłowska
Pełnomocnik ds. ISO-Specjalista ds. zamówień publicznych