



www.dctk.wroc.pl

# Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych Z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław

Kancelaria tel. 071 7831379,  
e-mail: kancelaria@dctk.wroc.pl

faks 071 3621512

Sekretariat tel. 071 78 313 75  
e-mail: sekretariat@dctk.wroc.pl

## Krajowy Bank Dawców Szpiku

tel. 071 7911999, e-mail: bank@dctk.wroc.pl

Akredytacje:

Ministerstwa Zdrowia  
Europejskiej Grupy Przeszczepiania Szpiku (EBMT) CIC 538  
Narodowego Programu Dawstwa Szpiku (NMDP – USA) Nr 484

Międzynarodowego Rejestru Przeszczepów (IBMTR) Nr 385  
Europejskiej Federacji Immunogenetyki

### DYREKTOR

Prof. dr hab. Andrzej Lange  
Tel. 071 7831375

### GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kantecka  
Tel. 071 7831372

### KIEROWNIK DO SPRAW PIELĘGNIARSTWA I ZESPOŁÓW TECHNIKÓW MEDYCZYNYCH

Mgr Barbara Szymczak  
Tel. 071 7923027

### KIEROWNICY ODDZIAŁÓW:

HEMATOLOGICZNY Z ODDZIAŁEM  
NOWOTWORÓW KRWII  
Prof. dr hab. Andrzej Lange

TRANSPLANTACYJNY Z ODDZIAŁEM  
INTENSYWNEJ TERAPII  
Dr n. med. Mariola Sędzimirka

IMMUNOLOGII KLINICZNEJ  
Dr n. med. Krzysztof Suchnicki

CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ  
Lek. med. Cezary Juda

### LEKARZE:

Dr n. med. Dorota Duda  
Lek. med. Janusz Lange  
Lek. med. Joanna Werkun  
Lek. med. Monika Mordak- Domagała  
Dr n. med. Przemysław Zdziarski  
Lek. med. Justyna Kaj

Tel. 071 78 313 79, 071 79 119 82

### PORADNIA

Tel. 071 78 313 71

### KIEROWNIK LABORATORIUM

Mgr Jolanta Bocheńska  
Tel. 071 79 119 98

### PION KRAJOWEGO BANKU DAWCÓW SZPIKU:

### KOORDYNATOR

Mgr Dorota Dera  
Tel. 071 79 119 99

### KIEROWNIK LABORATORIUM

Mgr Małgorzata Polak  
Tel. 071 79 119 92

DZP/ 206 /22/2009

Wrocław, 13.11.2009r.

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na: Dostawa specjalistycznych urządzeń, obejmująca dwa zadania, dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku – znak sprawy ZP/22/2009 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r nr 223 . poz. 1655 oraz DzU z 2008 r. nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1:

Powołując się na ogłoszenie o przetargu na dostawę specjalistycznych urządzeń, obejmująca dwa zadania dla Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu komorę laminarną długości blatu roboczego 119-120 cm, głębokości 650 mm i wysokości komory roboczej 720 mm?

#### Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie nr 2:

2. Czy Zamawiający dopuści komory o ścianach bocznych przeszklonych? Pozostałe parametry techniczne lepsze od wymaganych np. oświetlenie powyżej 2000 lux, możliwość dekontaminacji wnętrza, głośność < 55 dB(A), żywotność filtrów HEPA minimum 10 lat.

Jednocześnie informuję, że fakt posiadania przez komorę ścian bocznych pełnych lub przeszklonych, nie ma najmniejszego wpływu na jakość oferowanego urządzenia. O przydatności i jakości świadczą certyfikaty EN12469 i DIN12980 TUV, jako najwyższe certyfikaty dla komór do pracy z cytostatykami.

#### Odpowiedź:

Nie

**Powyższe odpowiedzi są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, którzy pobrali specyfikację.**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania informacji pod nr faksu. 071/362-15-12

W imieniu Zamawiającego

